


Заказчик:	ООО «Волжские коммунальные системы»	Группа материалов:	Группа С - КИПиА
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	СВ000437

Наименование МТР: **Газоанализатор ОКА-92М** (контроль за газовой средой в камерах и колодцах)

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	ГОСТ 13320-81
1.1	Назначение	Определение содержания кислорода, токсичных и горючих газов в колодцах и др. заглубленных объектах. Анализируемая среда- воздух рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005-88
1.2	Требования к техническому исполнению:	- малогабаритное исполнение со встроенными датчиками и цифровой индикацией; - выносной блок датчика с длиной кабеля не менее 6 метров; - сигнализация о выходе содержания определяемых компонентов за установленные пороговые значения
1.3	Измеряемые газоанализатором компоненты	O ₂ - кислород; CH ₄ - метан; CO ₂ - двуокись углерода; H ₂ S - сероводород
1.4	Диапазон измерения	O ₂ - 0-30 % об. CH ₄ - 0-0,5 % об. CO ₂ - 0-5 % об. H ₂ S - 0-30 % об.
1.5	Пороги срабатывания сигнализации	O ₂ - менее 18% об. Для токсичных и горючих газов 1 ПДК
1.6	Комплектация	Газоанализатор, зарядное устройство, сумка для переноски, паспорт, сертификат соответствия
1.7	Требования к свидетельству о приемке:	Дата поверки прибора не ранее 01.12.2017г.

ФИО Ответственного:	Вожаровский Алексей Валерьевич
Должность:	Начальник службы сетей водоснабжения и водоотведения
Телефон / Факс:	(8482) 39-54-86
Электронный адрес:	vojarovskiy_av@volcomsys.ru
Подпись:	
Директор технического департамента:	Главный инженер Т.К.Прасолов
Подпись:	