


Заказчик:		Группа материалов:	Группа С-КИПиА
№ опросного листа:	№ 01	Код МТР в ЕНС РКС:	СВ

Наименование МТР: Течеискатель корреляционный со встроенным предусилителем, графическим дисплеем, функцией выявления врезок, памятью результатов замеров.

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1	Характеристика обследуемых трубопроводов		Напорный водопровод
1.2	Эффективная рабочая длина обследуемого участка, не менее	м	250
1.3	Дисплей		Графический, с подсветкой
1.4	Встроенная энергонезависимая память, не менее	Мб	512
1.5	Рабочая температура: - измерительный блок - выносной усилитель - первичный преобразователь (датчик)	°C	-10....+55 -20....+65 -50... + 125
1.6	Отображаемые функции		Сигнал Спектр Результаты расчета места утечки
1.7	Время автономной работы, не менее	ч	8
1.8	Вес измерительного блока, не более	кг	2
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1	Измерительный блок	шт	1
2.2	Вибропреобразователь со встроенной электроникой и установочными магнитами	шт	2
2.3	Катушка с измерительным кабелем, 250 м	шт	1
2.4	Кабель измерительный типа, 10 м	шт	1
2.5	Кабель USB	шт	1
2.6	Зарядное устройство	шт	1
2.7	Наушники	шт	1
2.8	Программное обеспечение	шт	1
2.9	Руководство по эксплуатации	шт	1
2.10	Чехол для измерительного блока	шт	1
2.11	Транспортный кейс для переноски и хранения	шт	1
3	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
3.1	Соответствие стандартам		продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN
3.2	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем
3.3	Гарантия на продукцию	мес	60

ФИО Ответственного:	Вожаровский Алексей Валерьевич
Должность:	Начальник службы сетей водоснабжения и водоотведения
Телефон / Факс:	(8482) 39-54-86

Электронный адрес:	vojarovskiy_av@volcomsys.ru
Подпись:	
Директор технического департамента:	Главный инженер Т.К.Прасолов
Подпись:	