

Заказчик:	ООО «Волжские коммунальные системы»	Группа материалов:	ИБ
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	ИБ 000677

Наименование МТР: Баня водяная 6-местная LOIP LB-161

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Технические характеристики: предел регулирования температуры предел допускаемой погрешности установления заданной температуры (в диапазоне t-70°C), не более	°C °C	От t ₁ до +100 ±2
1.2	Потребляемая мощность от сети переменного тока напряжением 220 В, не более	Вт	1600
1.3	Габаритные размеры прибора, не более	мм	530×300×140
1.4	Размеры полезной части ванны, не менее	мм	420×280×70
1.5	Объем ванны: полный полезный	л л	13 8
1.6	Допустимое время непрерывной эксплуатации прибора	ч	16
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1	Баня водяная 6-местная LOIP LB-161	шт.	1

ФИО Ответственного	Варламова Ольга Евгеньевна
Должность:	Начальник цеха №7
Телефон/Факс:	(8482) 24-51-10
Электронный адрес:	
Подпись:	