




|                    |  |                           |           |
|--------------------|--|---------------------------|-----------|
| <b>Заказчик:</b>   | <b>ООО «Волжские коммунальные системы»</b> | <b>Группа материалов:</b> | <b>ИА</b> |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС:        | ИА 000825 |

Наименование МТР: ГСО 7748-99

| № п/п    | Наименование параметра (характеристики)                      | Размерность       | Требования заказчика                                       |
|----------|--|-------------------|--|
| <b>1</b> | <b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>                              |                   |  |
| 1.1      | ГСО Фосфат-ион   |                   | 1,0 г/дм <sup>3</sup>                                      |
| 1.2      | Массовая концентрация фосфат-ионов                           | г/дм <sup>3</sup> | Оставшийся срок годности не менее 30 мес. на дату поставки |
|          | Срок годности  | 36 мес.           |  |
| <b>2</b> | <b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>  |                   |  |
| 2.1      | стеклянные ампулы номинальной вместимостью 5 см <sup>3</sup> | ампула            | Обязательное наличие паспорта с синей печатью              |
| 2.2      | паспорт  |                   |  |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| ФИО Ответственного                  | Варламова Ольга Евгеньевна  |
| Должность:                          | Начальник производственной лаборатории  |
| Телефон/Факс:                       | (8482) 24-51-10   |
| Электронный адрес:                  |   |
| Подпись:                            |  |
| Начальник подразделения:            | Технический директор Тимофеева Е.М.   |
| Подпись:                            |   |
| Директор технического департамента: |   |
| Подпись:                            |   |