



| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------|
| Заказчик: | ООО «Волжские коммунальные системы» | Группа материалов: | ИБ |
| № опросного листа: | 41 | Код МТР в ЕНС ПКС: | ИБ 000523 |

Наименование МТР: **Бутыли для отбора проб полипропиленовые химически стойкие объёмом 2000 мл с завинчивающейся крышкой с диаметром горловины d=30-50 мм**

| Наименование параметра (характеристики) | Требования заказчика |
|---|---|
| Функциональные параметры | |
| Градуированные бутылки с узким горлом применяются для транспортировки жидких образцов. Бутылки снабжены внутренней пробкой, обеспечивающей герметичность, и специальными петельками, которые можно использовать для крепления пломб или информационных табличек. Габаритные размеры: Номинальная вместимость, мл: 2000 Диаметр горловины, мм: 34,5±3,0 Диаметр бутылки, мм: 116,0±4,0 Высота, мм: 273±4,0 Цена деления, мл: 100 | Бутыли должны быть химически стойкими, так как они будут использоваться для отбора и транспортировки агрессивных проб |
| Производитель: Kartell, Италия или аналог | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| ФИО Ответственного | Варламова Ольга Евгеньевна |
| Должность: | Начальник Производственной лаборатории |
| Телефон/Факс: | (8482) 24-51-10 |
| Электронный адрес: | |
| Подпись: | |
| Начальник подразделения: | Технический директор Тимофеева Е.М. |
| Подпись: | |
| Директор технического департамента: | |
| Подпись: | |