



<b>Заказчик:</b>	<b>ООО «Волжские коммунальные системы»</b>	<b>Группа материалов:</b>	<b>ИБ</b>
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС PKC:	ИБ 001383

Наименование МТР: **Спектрофотометр UNICO, модель 1201 (импортный)**

<b>Технические характеристики</b>	<b>UNICO 1201</b>
Спектральный диапазон, нм	325 ... 1000
Диапазон измерений: коэффициентов пропускания, % оптической плотности, Б	1,0 ... 100 0 ... 2,0
Предел допускаемой абсолютной погрешности спектрофотометра при измерении коэффициента направленного пропускания, %	±1,0
Предел допускаемой абсолютной погрешности установки длин волн, нм	±2,0
Выделяемый спектральный интервал, нм	5
Уровень рассеянного света, %, не более	0,5
Оптическая схема	однолучевая
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	410х320х195
Масса, кг	6,5
Напряжение питания, В; Гц...ВА	220; 50; 120
Срок службы, лет	10
Рабочая длина кювет, мм	5 ... 50
<b>Стандартная комплектация поставки</b>	<b>Шт.</b>
Спектрофотометр	1
Шнур питания	1
Чехол пылезащитный	1
Заглушка (кювета с пропусканием «0» для компенсации темнового тока)	1
Запасная галогенная лампа	1
Руководство по эксплуатации	1
Методика поверки	1
Сертификат	1
Свидетельство о поверке	1

ФИО Ответственного	Варламова Ольга Евгеньевна
Должность:	Начальник производственной лаборатории
Телефон/Факс:	(8482) 24-51-10
Электронный адрес:	
Подпись:	
Технический директор :	Тимофеева Е.М.
Подпись:	