



Заказчик:	ООО «Волжские коммунальные системы»	Группа материалов:	ИА
№ опросного листа:	56	Код МТР в ЕНС РКС:	21A 000579

Наименование МТР: ГСО сульфат-ион, 10 мг/см³ 7437-98

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	ГСО Массовая концентрация сульфат-ионов	г/дм ³	10,0 г/дм ³
1.2	Срок годности со дня выпуска ГСО	5 лет	При доставке в лабораторию не менее 54 месяцев
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1	ГСО водного раствора сульфат-ионов, расфасованный по 5 см ³ в запайные стеклянные ампулы номинальной вместимостью 5 см ³ , снабжённые этикеткой.	ампула лист	обязательное наличие паспорта стандартного образца утверждённого типа с синей печатью
2.2	Паспорт		
2.3	Футляр		
2.4	Скарификатор		
2.5	Упаковочная коробка		

ФИО Ответственного	Варламова Ольга Евгеньевна
Должность:	Начальник производственной лаборатории
Телефон/Факс:	(8482) 24-51-10
Электронный адрес:	
Подпись:	
Начальник подразделения:	Технический директор Тимофеева Е.М.
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	