




PKC

Волжские
коммунальные
системы

Заказчик:	ООО «Волжские коммунальные системы»	Группа материалов:	ИБ
№ опросного листа:	96	Код МТР в ЕНС РКС:	ИБ 001402

Наименование МТР: **Дистиллятор ДЭ-10, производительность 10 дм³/ч, качество производимой воды согласно ГОСТ 6709-72, с охладителем дистиллята**

Функциональные параметры	
Дистиллятор электрический ДЭ-10М (аквадистиллятор) предназначен для производства дистиллированной воды согласно ГОСТ 6709-72 путём тепловой перегонки воды	
Технические характеристики	Дистиллятор ДЭ-10М
Производительность при номинальном напряжении, дм ³ /ч	10 ±10%
Напряжение, В	380
Частота тока питающей сети, Гц	50
Потребляемая мощность при номинальном напряжении, кВт	7,5 ±10%
Расход воды на охлаждение и питание дм ³ /ч, не более	200
Габаритные размеры аквадистиллятора, мм в плане высота	325 x 230 518
Удельный расход исходной воды на 1 дм ³ получаемой воды, дм ³ , не более	25
Время установления рабочего режима, мин, не более	30
Стандартная комплектация поставки	
Дистиллятор ДЭ-10М	1шт.
Руководство по эксплуатации	1экз.
Паспорт	1экз.
Сертификат	1экз.

ФИО Ответственного	Варламова Ольга Евгеньевна
Должность:	Начальник производственной лаборатории
Телефон/Факс:	(8482) 24-51-10
Электронный адрес:	
Подпись:	
Технический директор :	Тимофеева Е.М.
Подпись:	